Fiche technique

MISE EN SERVICE DAE ET INITIATION À L'UTILISATION



Ref. 1-01-0012

Caractéristiques
Intervenant : technicien salarié SCHILLER France
Durée totale de l'intervention : 30 minutes
Mise en service du défibrillateur : Déballage des colis et vérification du matériel livré Insertion de la batterie dans l'appareil Vérification du bon fonctionnement Mise en place des électrodes dans l'appareil Mise en place du défibrillateur dans le boîtier Paramétrage du défibrillateur si communicant Inscription du défibrillateur dans la base nationale GeoDAE

Initiation technique à l'utilisation et à la surveillance
Explication du fonctionnement du défibrillateur : Utilisation du défibrillateur Mise en route Placement des électrodes / Préconisations de collage Explication du principe de défibrillation – Rappel de la chaîne de survie Temps de RCP entre 2 analyses Extinction de l'appareil
Particularités techniques des défibrillateurs SCHILLER : Autonomie de la batterie Durée de vie des électrodes Enregistrement sur carte SD Autotests de l'appareil Affichage des éléments sur l'écran Options
Que faire en cas d'alerte visuelle ou sonore ? Allumer le défibrillateur Contacter le service client muni du numéro de série du défibrillateur

SCHILLER FRANCE S.A.S

SCHILLER France, 6 rue raoul follereau, 77 600 Bussy-Saint-Georges, tél. 01 64 66 50 00 fax 01 64 66 50 10, contact@schillerfrance.fr, www.mediprostore.com

FT-1-01-0012-Version202407